

～H26年度
 光が丘公園_焚き火灰放射線量測定値

採取日	2014年10月21日	2014年3月31日	2013年5月18日
測定機関	新宿代々木市民測定所	新宿代々木市民測定所	こどもみらい測定所
測定機器	GCD-60200	GDM-20	AT1320A (S/N:20510)
セシウム合計	498Bq/kg	1251Bp/kg	1510Bq/kg
備考	BSI社製ゲルマニウム半導体検出器	ガンマデータ社製NaIシンチレーション検出器	

～H26年度
光が丘公園 焚き火灰放射線量測定値

2012年12月14日
こどもみらい測定所
AT1320A (S/N:20510)
2300Bq/kg